



ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เตียงผ่าตัดทั่วไป จำนวน ๑ เตียง

ด้วยจังหวัดกำแพงเพชร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เตียงผ่าตัดทั่วไป จำนวน ๑ เตียง ในวงเงิน ๗๕๐,๐๐๐.-บาท (-เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) ให้กับโรงพยาบาลชวาลักษณ์บุรี จังหวัดกำแพงเพชร โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ นั้น

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดกำแพงเพชร ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

ทั้งนี้จะก่อนนี้ผูกพันได้เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ และต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้น

ผู้เสนอราคาสามารถยื่นซองสอบราคาระหว่างในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. และเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๕๗๐ ๕๑๘๗ ต่อ ๒๒๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายเพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์


รายการ เตียงผ่าตัดทั่วไป

ให้กับโรงพยาบาลชาวนวลักษณ์บุรี จังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

๑. ความต้องการ เตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล สามารถจัดทำของเตียงให้ทำการผ่าตัดได้ พร้อมอุปกรณ์มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด
๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน สามารถจัดทำของเตียงให้ทำการผ่าตัดทุกระบบอวัยวะของร่างกาย พื้นเตียงทำด้วยวัสดุโปร่งแสงเอ็กซ์เรย์
๓. คุณลักษณะทั่วไป
 - ๓.๑ ตัวเตียงทำด้วยวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดสนิม
 - ๓.๒ ฝาครอบฐานเตียงเป็นแบบขึ้นเตียงราบเรียบไร้รอยต่อ และฝาครอบกระบอกไฮดรอลิกทำจากวัสดุ STAINLESS STEEL
 - ๓.๓ มีล้อสามารถเคลื่อนที่ได้ ๔ ล้อ สามารถปรับเตียงให้หยุดนิ่งได้ โดยมีแกนเหล็กลงไปแทนที่ล้อหลัง ๒ ล้อ ควบคุมด้วยก้านเหล็กแบบเท้าเหยียบ
 - ๓.๔ ขนาดของเตียงมีความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๘ เซนติเมตร และกว้างไม่น้อยกว่า ๕๒ เซนติเมตร(รวมรางข้างเตียงไม่น้อยกว่า ๕๗.๙ เซนติเมตร)
 - ๓.๕ สามารถรองรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า ๓๖๓ กิโลกรัม(๘๐๐ปอนด์)
๔. คุณลักษณะเฉพาะ
 - ๔.๑ เตียงผ่าตัดทำงานด้วยระบบ MICROPROCESSOR CONTROLLED HYDRAULIC SYSTEM ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล โดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ๒๔ V, ๑๔ Ah(๒๔V, DC.) มีชุดชาร์จแบตเตอรี่ติดตั้งสำเร็จ อยู่ในฐานเตียง
 - ๔.๒ พื้นเตียงทำจากวัสดุโปร่งแสงเอ็กซ์เรย์ทำด้วย PHENOLIC มีช่องใส่ถาดเอกซเรย์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔ นิ้ว มีเบาะรองรับผู้ป่วยหนาไม่น้อยกว่า ๖๐ มิลลิเมตร ซึ่งมีคุณสมบัติไม่ลุกลามไฟ ป้องกันไฟฟ้าสถิตและไม่ทำให้เกิดแผลกดทับ สามารถทำความสะอาดได้
 - ๔.๓ มีรางข้างเตียงแบบSTAINLESS สำหรับติดตั้งอุปกรณ์การใช้งานต่างๆ
 - ๔.๔ ลักษณะของพื้นเตียงผ่าตัดแบ่งออกเป็น ๔ ช่วง ส่วนรองรับศีรษะ ส่วนรองรับหลัง ส่วนรองรับสะโพก และส่วนรองรับขา(แบบแยกซ้าย-ขวา)
 - ๔.๕ ส่วนรองรับศีรษะและส่วนรองรับขา สามารถประกอบสลับตำแหน่งกันได้
 - ๔.๖ กรณีที่รีโมทคอนโทรลขัดข้องสามารถใช้ชุดควบคุมสำรอง (OVERRIDE SYSTEM) โดยมีลักษณะเป็น SELECTOR KNOB OF ROTARY VALVE ซึ่งติดตั้งอยู่ที่บริเวณฐานเตียงด้านหัวเตียงทำงานทดแทนได้
 - ๔.๗ มีไฟบอกสถานะระดับของแบตเตอรี่, ไฟเตือน, ไฟชาร์จ ที่รีโมทคอนโทรลและที่ฐานเตียง และเมื่อเตียงมีปัญหาผิดปกติไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะเปลี่ยนเป็นไฟแสดงปัญหาข้อบกพร่องแทน แบตเตอรี่สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายบัลลังก์ อุปพงษ์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
- ทิศทาง -
(นายวิทิตดี คุณตมวงค์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายวีเชียร กาศสมบูรณ์)

๔.๘ รีโมทคอนโทรลเป็นแบบ BACKLIT เมื่อกดเปิดใช้งานจะมีไฟเรืองแสงที่ปุ่มควบคุม เพื่อสะดวกในการใช้งานในที่มืดหรือขณะทำ ENDOSCOPE

๔.๙ มีระบบป้องกันของเหลวและฝุ่นละอองตามมาตรฐาน IPX-๕

๔.๑๐ รีโมทคอนโทรลมีปุ่มควบคุมและไฟแสดงสถานะดังนี้

๔.๑๐.๑ ปุ่มเปิด-ปิด

๔.๑๐.๒ ปุ่มเลือกการใช้งานแบบปกติ(NORMAL) และแบบสลับหัว-ท้ายเตียง(REVERSE)

๔.๑๐.๓ ปุ่มปรับระดับเตียงให้อยู่ในแนวระนาบ(LEVEL)

๔.๑๐.๔ ปุ่มปรับทำเตียงหัวสูง-หัวต่ำ(REVERSE/TRENDELENBURG)

๔.๑๐.๕ ปุ่มปรับเตียงสูง-ต่ำ

๔.๑๐.๖ ปุ่มปรับเอียงซ้าย-ขวา (TILT)

๔.๑๐.๗ ปุ่มปรับทำ BACK SECTION ในตำแหน่ง NORMAL

๔.๑๐.๘ ปุ่มปรับทำ SEAT SECTION ในตำแหน่ง REVERSE

๔.๑๐.๙ ปุ่มปรับทำ FLEX/REFLEX

๔.๑๐.๑๐ ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่และ AC LINE

๔.๑๐.๑๑ ไฟเตือนให้เข้ารับการบริการตรวจเช็ค (SERVICE)

๔.๑๐.๑๒ ไฟเตือน (INTERLOCK) พร้อมสัญญาณเสียงเมื่อสิ้นสุดการทำงานในแต่ละท่า(POSITION)

๔.๑๑ เตียงสามารถปรับท่าทางการใช้งานได้ด้วยรีโมทคอนโทรล(HAND PENDANT) ดังนี้

๔.๑๑.๑ ปุ่มเปิด-ปิด

๔.๑๑.๒ ปุ่มปรับท่า NORMAL และ REVERSE

๔.๑๑.๓ ปรับท่า TRENDELENBURG ได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ องศา และ REVERSE TRENDELENBURG ได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ องศา

๔.๑๑.๔ ปรับเตียงสูง-ต่ำ ปรับสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๑๑๒ เซนติเมตร และปรับต่ำสุดได้ไม่น้อยกว่า ๖๘ เซนติเมตร

๔.๑๑.๕ ปรับเตียงเอียงซ้ายและขวาได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ องศา

๔.๑๑.๖ ปรับท่า BACK SECTION ขึ้นได้ไม่น้อยกว่า ๘๐ องศา และลงได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ องศา ในตำแหน่ง NORMAL

๔.๑๑.๗ ปรับท่า SEAT SECTION ขึ้นได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ องศาและลงได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ องศา ในตำแหน่ง REVERSE

๔.๑๑.๘ ปรับท่า FLEX(BACK SECTION DOWN ๒๕ องศา / SEAT SECTION DOWN

๒๕ องศา) และ ท่า REFLEX (BACK SECTION UP ๕๐ องศา/SEAT SECTION UP ๓๐ องศา)

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายบัลลังก์ อุปพงษ์)

ลงชื่อ.....-ศิริวารการ-.....กรรมการ
(นายทวีศักดิ์ คมนุตม์วงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวิเชียร กาศสมบุญณ์)

- ๔.๑๒ ปรับส่วนรองรับศีรษะขึ้นได้ไม่น้อยกว่า ๙๐ องศา และปรับลงได้ไม่น้อยกว่า ๙๐ องศา แบบ MANUAL และปรับ LOCK ได้ในทุก ๑๕ องศา
- ๔.๑๓ ปรับส่วนรองรับขาขึ้นได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ องศา และลงได้ไม่น้อยกว่า ๙๐ องศา และกางออกได้ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ องศา(ข้างละ ๙๐ องศา) แบบ MANUAL
- ๔.๑๔ ในกรณีฉุกเฉินเมื่อ HAND PENDANT เสีย สามารถปรับท่าต่างๆ ต่อไปนี้ได้ด้วยระบบ OVERRIDE เช่น ปรับเตียงสูง-ต่ำ, ปรับเอียงซ้าย-ขวา, ปรับเตียงหัวสูง-ต่ำ และ ปรับส่วนหลังขึ้น-ลง (ติดตั้งอยู่ที่ฐานเตียง)

๕. อุปกรณ์ประกอบเตียง

๕.๑ ARM BOARD(ที่รองแขนพร้อม SOCKET)

๑ คู่

๕.๒ RESTRAINT STRAP(สายรัด)

๑ เส้น

๕.๓ LEG HOLDER (ที่รองขาพร้อม SOCKET)

๑ คู่

๖. เงื่อนไขเฉพาะ

๖.๑ รับประกันคุณภาพเป็นเวลา ๑ ปี

๖.๒ เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๖.๓ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากทวีปอเมริกา ยุโรป หรือญี่ปุ่น

๖.๔ บริษัทได้รับการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่าย และบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO๑๓๔๘๕:๒๐๐๓ & EN ISO๑๓๔๘๕:๒๐๑๒ เพื่อการบริการหลังการขายที่ดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด

๖.๕ มีหลักฐานแสดงว่าช่างผ่านการอบรมจากโรงงานผู้ผลิตที่สามารถซ่อมเครื่องได้

๖.๖ มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยและอังกฤษ จำนวนอย่างละ ๑ ชุด

๖.๗ ผ่านมาตรฐาน UL,CE,EN๖๐๖๐๑-๑-๑:๑๙๙๓,IEC ๖๐๑-๑-๒:๒๐๐๑ FDA,CLASS ๑ TYPE B

๖.๘ ถ้าหากผลิตภัณฑ์ที่เสนอเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไทย ผู้ขายต้องแสดงหนังสือจดทะเบียนสถานประกอบการผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ และผลิตภัณฑ์รุ่นที่เสนอ ต้องขึ้นทะเบียนและได้รับการรับรองโดยสำนักคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องได้รับรองมาตรฐาน มอก. ในรุ่นที่เสนอ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ลงชื่อ.....
(นายบัลลังก์ อุปพงษ์)

ลงชื่อ.....
(นายทวีศักดิ์ คณุตม์วงศ์)

ลงชื่อ.....
(นายวิเชียร กาศสมบุรณ์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เตียงผ่าตัดทั่วไป จำนวน ๑ เตียง ให้กับโรงพยาบาล
ชาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
- ๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๐,๐๐๐.-บาท (-เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)
- ๓.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่.....๑1.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.๒๕๕๙
- ๔.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑ บริษัท ไฮเทคเมดิคอล จำกัด
 - ๔.๒ บริษัท เชียงใหม่ เมดดิคอล ซิตีเต็มส์ จำกัด
 - ๔.๓ บริษัท บริการซ่อมและขายเครื่องมือแพทย์ จำกัด
- ๕.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๕.๑ นายบัลลังก์ อุปพงษ์ ประธานกรรมการ
 - ๕.๒ นายวิศักดิ์ คุณดมวงศ์ กรรมการ
 - ๕.๓ นายวิเชียร กาศสมบูรณ์ กรรมการ